

产品名称：程控多路综合测试仪

型号：CS9939S



性能特点

- ❖ 恒压输出：输出电压的调整率在±1%范围内，避免因输入电源电压不稳及负载变化而使输出电压变化，测量结果不准确。
- ❖ 具有快速放电功能，测试仪能在直流测试完 0.2s 的时间内把被测试体及回路中的电放完，确保操作人员的安全。
- ❖ 具有直流测试开路侦测功能，可防止直流测试时因测试线脱落造成误判
- ❖ 绝缘电阻具有自动换挡、手动换挡功能
- ❖ 安全防电墙及安全防护体系，可保护操作人员的安全、保证被测试件不被损坏
- ❖ 具有双频综合测试，频率范围 50 Hz、60 Hz
- ❖ 可自动把测试结果保存在测试仪内，便于用户查验测试结果；也可与 RS232 接口连接把测试结果导入到 EXCEL 表格中进行数据的统计、分析
- ❖ 具有列表显示功能，当测试步骤大于 2 时，测试结束后，测试仪能自动显示每一步的测试结果
- ❖ 标配 PLC 接口，选配 RS232C、RS485、USB、GPIB 接口

技术参数

型号		CS9939S
ACW	范围	0.050kV ~ 5.000kV
	精度	± (2% 读值 + 5V)
	分辨率	1V
	最大输出功率	100VA (5.000kV/20mA)
	最大额定电流	20mA
	下限电流范围	0 ~ 20mA, 0=不判断下限
	电流档位	200uA、2mA、20mA
	输出波形	正弦波
	输出波形失真度	≤2% (空载或纯阻性负载)
	波峰因数	1.3 ~ 1.5
	输出信号类型	DDS+功放
	电压上升时间	0.3s ~ 999.9s 0=电压上升时间关
	测试时间	0.3s ~ 999.9s 0=连续测试
	电压下降时间	0.3s ~ 999.9s 0=电压下降时间关
	间隔时间	0.0s ~ 999.9s 0=间隔时间关
DCW	输出电压模式	N 模式、G 模式
	扫描通道数	8
	范围	0.050kV ~ 6.000kV
	精度	± (2% 读值 + 5V)
	分辨率	1V
	最大输出功率	60W (6.000kV/10mA)
	最大额定电流	10mA
	电流档位	2uA、20uA、200uA、2mA、10mA
	纹波系数	≤5% (6kV/10mA)
	放电时间	≤200ms
	最大充电电流	10mA
	电压上升时间	0.3s ~ 999.9s 0=电压上升时间关
	测试时间	0.3s ~ 999.9s 0=连续测试
	电压下降时间	0.3s ~ 999.9s 0=电压下降时间关
	间隔时间	0.0s ~ 999.9s 0=间隔时间关
IR	延时报警时间	0.3s ~ 999.9s 0=延时报警时间关
	输出电压模式	N 模式、G 模式
	扫描通道数	8
	范围	0.050kV ~ 1.000kV
	精度	± (2% 读值 + 5V)
	分辨率	1V
	最大上限设定值	10.00GΩ
	最大下限设定值	9.999GΩ
	最小下限设定值	1MΩ

	电压上升时间	0.3 ~ 999.9s 0=电压上升时间关
	测试时间	0.3s ~ 999.9s 0=连续测试
	间隔时间	0.0s ~ 999.9s 0=间隔时间关
	自动切换档位	可设置为开、关
	放电时间	≤200ms
	扫描通道数	8
GR	输出电流	范围 3.00A ~ 32.00A 精度 ± (2% 读值 + 0.2A) 分辨率 0.01A
	最大输出功率	153W (32A / 0.15Ω)
	最大输出电流	32A
	电阻上限设定值	电流最大值 / 电流设置值 X 150 mΩ
	输出波形	正弦波
	输出波形失真度	≤ 2% (空载或纯阻性负载)
	波峰因数	1.3 ~ 1.5
	输出信号类型	DDS+功放
	测试时间	0.3s ~ 999.9s 0=连续测试
	间隔时间	0.0s ~ 999.9s 0=间隔时间关
计时器	范围	0 ~ 999.9s
	分辨率	0.1s
	精度	± (0.1% + 50ms)